

Ihre Patientin / ihr Patient hat einen insulinpflichtigen Diabetes mellitus und benutzt  
**eine Insulinpumpe**

Wir empfehlen folgendes Vorgehen vor einer Endoskopie:

**1 Tag vor der Untersuchung:**

- Basalrate 2 Stunden nach dem Mittagessen auf 80% einstellen
- Bis nach der Untersuchung keine Boli mehr spritzen.

**am Untersuchungstag:**

- Keine Boli vor der ersten Mahlzeit
- Basalrate vor der ersten Mahlzeit nach Endoskopie wieder auf 100% einstellen
- Pumpe nicht abziehen oder abschalten

Wir dürfen Sie bitten das genaue Vorgehen mit dem Patienten zu besprechen.

Gerne können Sie uns für individuelle Rückfragen und Einschätzungen kontaktieren.

Herzliche Grüsse

Vivomed – Gastroenterologie Bern